



Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Departamento de Metrología Legal
(Ley N° 19.924 Art. 296°)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN: 3585570

Fecha: 31-07-2024

Código: 268

Monto: \$U 19518.88



Razón social	ONTUR INTERNACIONAL S.A.	R.U.T	213266800011	Teléfono	4544-6916
Dirección	RUTA 12 - Y BAIGORRIA- NUEVA PALMIRA-	Localidad	NUEVA PALMIRA	Departamento	COLONIA
Email	diego.bonanseas@ontur.com.uy				

ID Instrumento: 00099867	Nro. Serie : C320154346	Marca: C&A	Modelo: IND 570 GDD-21	Tipo de tarea: Periodicas
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Patrones	
-----------------	--

Ensayo de Exactitud de carga

Punto de control (Kg)	16880	17880	18890	19880	20880	21880	22880	23880	24880	25880
Lectura (Kg)	16880	17880	18880	19880	20880	21880	22880	23880	24880	25880

Ensayo de Excentricidad y Repetibilidad

Punto de control (Kg)	38510	38510
Lectura (Kg)	38520	
Lectura Retorno (Kg)		38520

Identificación	Aprobado.
-----------------------	-----------

Instalación, mantto. y uso	Aprobado.
-----------------------------------	-----------

N° Símbolo	202438611
-------------------	-----------

Resultado	Aprobado
------------------	----------

Responsables del establecimiento	Inspectores
Nombre: Ramiro Dagnino	11019
C.I: 46740957	
En calidad de: Responsable	



Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Departamento de Metrología Legal
(Ley N° 19.924 Art. 296°)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN: 3585570
Fecha: 31-07-2024
Código: 268
Monto: \$U 19518.88



Razón social	ONTUR INTERNACIONAL S.A.	R.U.T	213266800011	Teléfono	4544-6916
Dirección	RUTA 12 - Y BAIGORRIA- NUEVA PALMIRA-	Localidad	NUEVA PALMIRA	Departamento	COLONIA
Email	diego.bonanseas@ontur.com.uy				

ID Instrumento: 00088311	Nro. Serie : C219989947	Marca: C&A	Modelo: IND 570 GDD-21	Tipo de tarea: Periodicas
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Patrones	
-----------------	--

Ensayo de Exactitud de carga

Punto de control (Kg)	16880	17880	18880	19880	20880	21880	22880	23880	24880	25880
Lectura (Kg)	16880	17880	18880	19880	20880	21880	22880	23880	24880	25880

Ensayo de Excentricidad y Repetibilidad

Punto de control (Kg)	38510	38510
Lectura (Kg)	38510	
Lectura Retorno (Kg)		38510

Identificación	Aprobado.
-----------------------	-----------

Instalación, mantto. y uso	Aprobado.
-----------------------------------	-----------

N° Símbolo	202438610
-------------------	-----------

Resultado	Aprobado
------------------	----------

Responsables del establecimiento	Inspectores
Nombre: Ramiro Dagnino	11019
C.I: 46740957	
En calidad de: Responsable	