



Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Departamento de Metrología Legal
(Ley N° 19.924 Art. 296°)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN: 3605327

Fecha: 24-07-2025

Código: 249

Monto: \$U 20514.47



Razón social	ONTUR INTERNACIONAL S.A.	R.U.T	213266800011	Teléfono	4544-6916
Dirección	RUTA 12 - Y BAIGORRIA- NUEVA PALMIRA-	Localidad	NUEVA PALMIRA	Departamento	COLONIA
Email	diego.bonanseas@ontur.com.uy				

ID Instrumento: 00099867	Nro. Serie : C320154346	Marca: C&A	Modelo: IND 570 GDD-21	Tipo de tarea: Periodicas
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Patrones	
-----------------	--

Ensayo de Exactitud de carga

Punto de control (Kg)	16860	17860	18860	19860	20860	21860	22860	23860	24860	25860
Lectura (Kg)	16860	17860	18860	19860	20860	21860	22860	23860	24860	25860

Ensayo de Excentricidad y Repetibilidad

Punto de control (Kg)	40020	40020	40020
Lectura (Kg)	40020		40020
Lectura Retorno (Kg)		40020	

Identificación	Aprobado.
-----------------------	-----------

Instalación, mantto. y uso	Aprobado.
-----------------------------------	-----------

N° Símbolo	202605266
-------------------	-----------

Resultado	Aprobado
------------------	----------

Responsables del establecimiento	Inspectores
Nombre: Nicolás Perrone C.I: 44805745 En calidad de: Responsable	11019



Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Departamento de Metrología Legal
(Ley N° 19.924 Art. 296°)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN: 3605327

Fecha: 24-07-2025

Código: 249

Monto: \$U 20514.47



Razón social	ONTUR INTERNACIONAL S.A.	R.U.T	213266800011	Teléfono	4544-6916
Dirección	RUTA 12 - Y BAIGORRIA- NUEVA PALMIRA-	Localidad	NUEVA PALMIRA	Departamento	COLONIA
Email	diego.bonanseas@ontur.com.uy				

ID Instrumento: 00088311	Nro. Serie : C219989947	Marca: C&A	Modelo: IND 570 GDD-21	Tipo de tarea: Periodicas
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Patrones	
-----------------	--

Ensayo de Exactitud de carga

Punto de control (Kg)	16860	17860	18860	19860	20860	21860	22860	23860	24860	25860
Lectura (Kg)	16860	17860	18860	19860	20860	21860	22860	23860	24860	25860

Ensayo de Excentricidad y Repetibilidad

Punto de control (Kg)	40020	40020	40020
Lectura (Kg)	40030		40030
Lectura Retorno (Kg)		40020	

Identificación	Aprobado.
-----------------------	-----------

Instalación, mantto. y uso	Aprobado.
-----------------------------------	-----------

N° Símbolo	202505267
-------------------	-----------

Resultado	Aprobado
------------------	----------

Responsables del establecimiento	Inspectores
Nombre: Nicolás Perrone C.I: 44805745 En calidad de: Responsable	11019