



Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Departamento de Metrología Legal
(Ley N° 19.924 Art. 296°)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN: 3565342

Fecha: 25-07-2023

Código: 251

Monto: \$U 18761.71



Razón social	ONTUR INTERNACIONAL S.A.	R.U.T	213266800011	Teléfono	4544-6916
Dirección	RUTA 12 - Y BAIGORRIA- NUEVA PALMIRA-	Localidad	NUEVA PALMIRA	Departamento	COLONIA
Email	diego.bonanseas@ontur.com.uy				

ID Instrumento: 00020120	Nro. Serie : 70	Marca: NQF	Modelo: D2008-3	Tipo de tarea: Periodicas
---------------------------------	------------------------	-------------------	------------------------	----------------------------------

Patrones	
-----------------	--

Ensayo de Exactitud de carga

Punto de control (Kg)	16880	17880	18880	19880	20880	21880	22880	23880	24880	25880
Lectura (Kg)	16880	17880	18880	19880	20880	21880	22880	23880	24880	25880

Ensayo de Excentricidad y Repetibilidad

Punto de control (Kg)	38520	38520
Lectura (Kg)	38530	
Lectura Retorno (Kg)		38530

Identificación	Aprobado.
-----------------------	-----------

Instalación, mantto. y uso	Aprobado.
-----------------------------------	-----------

N° Símbolo	202303872
-------------------	-----------

Resultado	Aprobado
------------------	----------

Responsables del establecimiento	Inspectores
Nombre: Ramiro Dagnino	11019
C.I: 46740957	
En calidad de: Responsable	



Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Departamento de Metrología Legal
(Ley N° 19.924 Art. 296°)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN: 3565342

Fecha: 25-07-2023

Código: 251

Monto: \$U 18761.71



Razón social	ONTUR INTERNACIONAL S.A.	R.U.T	213266800011	Teléfono	4544-6916
Dirección	RUTA 12 - Y BAIGORRIA- NUEVA PALMIRA-	Localidad	NUEVA PALMIRA	Departamento	COLONIA
Email	diego.bonanseas@ontur.com.uy				

ID Instrumento: 00088311	Nro. Serie : C219989947	Marca: C&A	Modelo: IND 570 GDD-21	Tipo de tarea: Periodicas
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Patrones	
-----------------	--

Ensayo de Exactitud de carga

Punto de control (Kg)	16880	17880	18880	19880	20880	21880	22880	23880	24880	25880
Lectura (Kg)	16880	17880	18880	19880	20880	21880	22880	23880	24880	25880

Ensayo de Excentricidad y Repetibilidad

Punto de control (Kg)	38520	38520
Lectura (Kg)	38530	
Lectura Retorno (Kg)		38530

Identificación	Aprobado.
-----------------------	-----------

Instalación, mantto. y uso	Aprobado.
-----------------------------------	-----------

N° Símbolo	202321699
-------------------	-----------

Resultado	Aprobado
------------------	----------

Responsables del establecimiento	Inspectores
Nombre: Ramiro Dagnino	11019
C.I: 46740957	
En calidad de: Responsable	