



Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Departamento de Metrología Legal
(Ley N° 19.924 Art. 296°)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN: 3626063

Fecha: 16-07-2026

Código: 297

Monto: \$U 21274.87



Razón social	ONTUR INTERNACIONAL S.A.	R.U.T	213266800011	Teléfono	4544-6916
Dirección	RUTA 12 - Y BAIGORRIA- NUEVA PALMIRA-	Localidad	NUEVA PALMIRA	Departamento	COLONIA
Email	diego.bonanseas@ontur.com.uy				

ID Instrumento: 00099867	Nro. Serie : C320154346	Marca: C&A	Modelo: IND 570 GDD-21	Tipo de tarea: Periodicas
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Patrones	47
-----------------	----

Ensayo de Exactitud de carga

Punto de control (Kg)	16840	17840	18840	19840	20840	21840	22840	23840	24840	25840
Lectura (Kg)	16840	17840	18840	19840	20840	21840	22840	23840	24840	25840

Ensayo de Excentricidad y Repetibilidad

Punto de control (Kg)	40000	40000	40000
Lectura (Kg)	40000	40000	40000
Lectura Retorno (Kg)	40000	40000	40000

Identificación	Aprobado.
-----------------------	-----------

Instalación, mantto. y uso	Aprobado.
-----------------------------------	-----------

N° Símbolo	202628321
-------------------	-----------

Resultado	Aprobado
------------------	----------

Responsables del establecimiento	Inspectores
Nombre: Eliana Carro	11019
C.I: 42749595	11522
En calidad de: Responsable	



Ministerio de Industria, Energía y Minería
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Departamento de Metrología Legal
(Ley N° 19.924 Art. 296°)

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN: 3626063

Fecha: 16-07-2026

Código: 297

Monto: \$U 21274.87



Razón social	ONTUR INTERNACIONAL S.A.	R.U.T	213266800011	Teléfono	4544-6916
Dirección	RUTA 12 - Y BAIGORRIA- NUEVA PALMIRA-	Localidad	NUEVA PALMIRA	Departamento	COLONIA
Email	diego.bonanseas@ontur.com.uy				

ID Instrumento: 00088311	Nro. Serie : C219989947	Marca: C&A	Modelo: IND 570 GDD-21	Tipo de tarea: Periodicas
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Patrones	47
-----------------	----

Ensayo de Exactitud de carga

Punto de control (Kg)	16840	17840	18840	19840	20840	21840	22840	23840	24840	25840
Lectura (Kg)	16840	17840	18840	19840	20840	21840	22840	23840	24840	25840

Ensayo de Excentricidad y Repetibilidad

Punto de control (Kg)	40000	40000	40000
Lectura (Kg)	40000	40000	40000
Lectura Retorno (Kg)	40000	40000	40000

Identificación	Aprobado.
-----------------------	-----------

Instalación, mantto. y uso	Aprobado.
-----------------------------------	-----------

N° Símbolo	202628322
-------------------	-----------

Resultado	Aprobado
------------------	----------

Responsables del establecimiento	Inspectores
Nombre: Eliana Carro	11019
C.I: 42749595	11522
En calidad de: Responsable	